

АТТЕСТАТ № 983

Дата выдачи: «23» 05 2025 г.

Удостоверяется, что форма куба 6ФК-20,
наименование и обозначение испытательного

зав. №,
оборудования, заводской или инвентарный номер

принадлежащее _____,
наименование предприятия (организации) эксплуатирующего оборудование

по результатам первичной аттестации, протокол № 983 от 23.05.2025 г.,

признано пригодным для использования при испытаниях _____

цемента - изготовление контрольных образцов
наименование продукции
20x20x20 мм

по _____
наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости)

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет).

Руководитель предприятия
(организации) эксплуатирующего
оборудование

Подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства испытания: форма куба.
2. Назначение: изготовление контрольных образцов цемента 20x20x20 мм.
3. Тип: **6ФК-20**, № _____, год выпуска 2025.
4. Изготовитель:
5. Условия проведения аттестации: стандартные.
6. Средства аттестации:
 - Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 ГОСТ 166, зав. № 459121, свидетельство о поверке № С-ТТ/18-03-2025/417598602 действ. до 17.03.2026 г.
 - Набор щупов № 1 ГОСТ 882 № 011 свидетельство о поверке № С-ТТ/18-03-2025/417656114 действ. до 17.03.2026 г.
7. Технические характеристики:

№ п/п	Измеряемый параметр	Един. измер.	Величина номинальная	Величина фактическая
1	Соответствие приспособления Техническим условиям ИТЦ 58.00.000 ТУ	-	-	соответствует

8. Заключение: технические характеристики соответствуют требованиям Технических условий ИТЦ 58.00.000 ТУ. Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.