

Свидетельство № 13/15
выдано 27.04.2015 г.
Действительно до 27.04.2018 г.

АТТЕСТАТ № 14650

Дата выдачи: 04.10.2017г.

Удостоверяется, что комплект пластин ПЛБ

зав. № б\н

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 2046 от 04.10.2017г.

признано пригодным для использования при испытаниях _____

для передачи нагрузки на половинки образцов балочек к 3ФБ – 40

по ГОСТ 310.4 – 81, ГОСТ 30744-2001

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

Директор ООО «Промтехсервис»

Ф.И.О.

Руководитель ОТК

Ф.И.О.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: комплект пластин ПЛБ
2. Назначение: для передачи нагрузки на половинки образцов балочек
3. Тип: ПЛБ, № б\н, год выпуска 2017
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 310.4 – 81, ГОСТ 30744-2001:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
 - 6.3. Твердомер электронный ТЭМП-4, зав. № 044413
 - 6.4. Поверочная плита ПЛ-250x250 мм, зав. № 275
 - 6.5. Индикатор часового типа ИЧ-10-0,01, зав. №488531
 - 6.6. Штатив ШМ-ПН, зав. № 43715
7. Организация, выполнявшая аттестацию:
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 310.4 – 81, ГОСТ 30744-2001
9. Заключение: Технические характеристики соответствуют требованиям
ГОСТ 310.4 – 81, ГОСТ 30744-2001
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.
10. Место проведения аттестации: