

ФОРМА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УПЛОТЯЕМОСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ

(200x200x400)

ГОСТ 10181-2014

П А С П О Р Т И З Д Е Л И Я

1. Общие сведения об изделии.

Форма применяется для определения степени уплотняемости бетонной смеси.

2. Состав изделия

Формы представляют собой неразборную конструкцию.

3. Принцип работы изделия

Перед испытанием бетонная смесь должна быть перемешана, внутренняя поверхность формы увлажнена. Наполняют форму без уплотнения. После наполнения формы излишек бетонной смеси без ее уплотнения срезают вровень с краями формы.

Уплотняют бетонную смесь по ГОСТ 10180. После уплотнения определяют расстояние между поверхностью уплотненного образца и верхом формы с точностью до 1 мм.

5. Свидетельство о приёмке и гарантийные обязательства.

Наименование: Форма квадратного сечения для определения степени уплотняемости бетонной смеси (200x200x400)

Изделие соответствует ГОСТ 10181-2014 и признано годным к применению.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.



Серийный номер

05

Дата выпуска

23.05.2023

Контрольный мастер

A handwritten signature in blue ink.

Дата продажи