

Заключение № 01/22  
выдано 14.02.2022 г.  
Действительно до 14.02.2025 г.

**АТТЕСТАТ №** 1658

Дата выдачи: 20.02.2023г.

Удостоверяется, что насадка для формы ЗФБ – 40 трёхсекционная

зав. № РР

принадлежащее \_\_\_\_\_

по результатам первичной аттестации, протокол № 331 от 20.02.2023г.

признано пригодным для использования при испытаниях \_\_\_\_\_

цемента – изготовление контрольных образцов

40x40x160 мм

по ГОСТ 310.4-81

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: насадка для формы ЗФБ – 40 трёхсекционная
2. Назначение: изготовление контрольных образцов цемента 40x40x160 мм  
по ГОСТ 310.4-81
3. Тип: насадка для формы, № РР, дата выпуска февраль 23
4. Изготовитель: \_\_\_\_\_
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 310.4-81:
  - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
  - 6.2. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
7. Организация, выполнявшая аттестацию:
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 310.4-81
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 310.4-81  
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.