

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ

№ КС-ХЛП-2024-1328

Средство измерений

Колба Лешателье-Кандло

заводской номер

1328

метод калибровки

МК-ХЛП-01-2023

калибровка выполнена с помощью Весы LP, модификация LP 6200S,

Госреестр № 15569-96, зав.№ 11509372

условия калибровки

температура воздуха: 22,7°C; отн.влажность: 45%;

атмосферное давление: 101,3кПа, температура воды 22,3°C

Калибровочное клеймо



Зам. генерального директора по качеству

Сороневич М.В.

Лицо, выполнившее калибровку

Боткина М.И.

23 апреля 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ

Предел допускаемой погрешности - $\pm 0,1$ мл

Калибруемые отметки	Измеренное значение, мл	Расширенная неопределенность, мл
0-18	18,05	0,05
0-24	24,06	0,05

Для каждой калибруемой отметки расширенная неопределенность калибровки — является произведением стандартной неопределенности измерений на коэффициент охвата $K=2$, и при нормальном распределении соответствует вероятности охвата приблизительно равной 95%.

Лицо, выполнившее калибровку

23 апреля 2024 г.



Боткина М.И.