

Заключение № 01/22  
выдано 14.02.2022 г.  
Действительно до 14.02.2025 г.

**АТТЕСТАТ № 4841**

Дата выдачи: 21.04.2022г.

Удостоверяется, что пригруз для формы ФП – 100 (100x400x55)

зав. № ЗЧ

принадлежащее \_\_\_\_\_

по результатам первичной аттестации, протокол № 748 от 21.04.2022г.

признано пригодным для использования при испытаниях \_\_\_\_\_

бетона – изготовление контрольных образцов

0,004 МПа (40 гс/см<sup>2</sup>)

по ГОСТ 10180-2012

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: пригруз для формы ФП – 100 (100x400x55)
2. Назначение: обеспечение давления  $4 \pm 0,5$  кПа ( $40$  гс/см<sup>2</sup>) на бетонную смесь в форме по ГОСТ 10180-90
3. Тип: пригруз для ФП, № 34, дата выпуска апрель 22
4. Изготовитель: \_\_\_\_\_
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации:
  - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
  - 6.2. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
  - 6.3. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
7. Организация, выполнявшая аттестацию: \_\_\_\_\_
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 10180-90
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 10180-90  
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.