

Свидетельство № 13/15  
выдано 27.04.2015 г.  
Действительно до 27.04.2018 г.

АТТЕСТАТ № 3221

Дата выдачи: 13.03.2018г.

Удостоверяется, что Цилиндр с плунжером КП-116-150 (Ø 150 мм)

зав. № 36

принадлежащее \_\_\_\_\_

по результатам первичной аттестации, протокол № 479 от 13.03.2018г.

признано пригодным для использования при испытаниях \_\_\_\_\_

для определения коэффициента дробимости щебня, гравия

по ГОСТ 8269.0-97

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: Цилиндр с плунжером КП-116-150 (Ø 150 мм)
2. Назначение: для определения коэффициента дробимости щебня, гравия
3. Тип: форма, № 36, год выпуска 2018
4. Изготовитель: \_\_\_\_\_
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 12801-98:
  - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
  - 6.2. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
  - 6.3. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
  - 6.4. Твердомер электронный ТЭМП-4, зав. № 044413
7. Организация, выполнявшая аттестацию: \_\_\_\_\_
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 8269.0-97
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 8269.0-97  
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.