

Заключение № 11/18
выдано 28.04.2018 г.
Действительно до 28.04.2021 г.

АТТЕСТАТ № 14733

Дата выдачи: 21.11.2018г.

Удостоверяется, что форма ФОР – 50,5

зав. № 59

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 2643 от 21.11.2018г.

признано пригодным для использования при испытаниях _____

для определения средней плотности минеральных порошков

диаметр 50,5 мм

по ГОСТ Р52129-2003, ГОСТ 32764-2014

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: форма ФОРМ – 50,5
2. Назначение: для определения средней плотности минеральных порошков
3. Тип: ФОРМ, № 59, год выпуска 2018
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ Р52129-2003, ГОСТ 32764-2014:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
 - 6.3. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
 - 6.4. Твердомер электронный ТЭМП-4, зав. № 044413
7. Организация, выполнявшая аттестацию:
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ Р52129-2003, ГОСТ 32764-2014
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р52129-2003
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.

LAB-OBORUDOVANIE.RU