

Свидетельство № 13/15
выдано 27.04.2015 г.
Действительно до 27.04.2018 г.

АТТЕСТАТ № 3210

Дата выдачи: 13.03.2018г.

Удостоверяется, что форма 2ФК – 150

зав. № 09

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 474 от 13.03.2018г.

признано пригодным для использования при испытании _____

бетона – изготовление контрольных образцов

150x150x150 мм

по ГОСТ 10180-2012

Периодичность периодической аттестации 6 месяцев (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: форма 2ФК – 150
2. Назначение: изготовление контрольных образцов бетона 150x150x150 мм
3. Тип: ФК, № 09, год выпуска 2018
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 22685-89:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Штангенглубиномер ШГ-400-0,05, зав. № 080508012
 - 6.3. Нутромер НИ 100-160-0,01, зав. № 7828102
 - 6.4. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
 - 6.5. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
 - 6.6. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
 - 6.7. Угольник слесарный поверочный УШ-160-1, зав. № 200801218
 - 6.8. Щупы набор № 2, класс 2, зав. № блн
7. Организация, выполнявшая аттестацию: _____
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 22685-89
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22685-89
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.