

Свидетельство № 13/15  
выдано 27.04.2015 г.  
Действительно до 27.04.2018 г.

АТТЕСТАТ № 3211

Дата выдачи: 13.03.2018г.

Удостоверяется, что форма ЗФК – 50

зав. № 03

принадлежащее \_\_\_\_\_

по результатам первичной аттестации, протокол № 475 от 13.03.2018г.

признано пригодным для использования при испытаниях \_\_\_\_\_

бетона – изготовление контрольных образцов

50x50x50 мм

по ГОСТ 10180-2012

Периодичность периодической аттестации 6 месяцев (месяцев, лет)

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: форма ЗФК – 50
2. Назначение: изготовление контрольных образцов бетона 50x50x50 мм
3. Тип: ФК, № 03, год выпуска 2018
4. Изготовитель: \_\_\_\_\_
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 22685-89: •
  - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
  - 6.2. Штангенглубиномер ШГ-400-0,05, зав. № 080508012
  - 6.3. Нутромер НИ 100-160-0,01, зав. № 7828102
  - 6.4. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
  - 6.5. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
  - 6.6. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
  - 6.7. Угольник слесарный поверочный УШ-100-1, зав. № 200801218
  - 6.8. Щупы набор № 2, класс 2, зав. № б/н
7. Организация, выполнявшая аттестацию: \_\_\_\_\_
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 22685-89
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22685-89  
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.