

Заключение № 2/19
выдано 11.02.2019 г.
Действительно до 11.02.2022 г.

АТТЕСТАТ № 12099

Дата выдачи: 02.10.2019 г.

Удостоверяется, что Комплект плит для испытания брусчатки на сжатие

70x70x20 мм

зав. № б\н

принадлежащее

по результатам первичной аттестации, протокол № 1811 от 02.10.2019 г.

признано пригодным для использования при испытаниях

при определении прочности бетона на сжатие

по ГОСТ 17608-2017

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: Комплект плит для испытания брусчатки на сжатие 70x70x20 мм
2. Назначение: определение прочности бетона на сжатие
3. Тип: пластина, № _____, год выпуска 2019
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 17608-2017:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
 - 6.3. Индикатор ИЧ-10-0,01 № 488531
 - 6.4. Твердомер ТЭМП-4, № 044413
 - 6.5. Образцы шероховатости ОШС-ФЦП Кл.1 (0,4 – 12,5) № 890475
7. Организация, выполнявшая аттестацию:
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 17608-2017
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 17608-2017.
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.