

Заключение № 2/19
выдано 11.02.2019 г.
Действительно до 11.02.2022 г.

АТТЕСТАТ № 12088

Дата выдачи: 02.10.2019г.

Удостоверяется, что Контрольный стержень 25x25x254 мм

зав. № б\н

принадлежащее

по результатам первичной аттестации, протокол № 1809 от 02.10.2019г.

признано пригодным для использования при испытаниях

при измерении деформации образцов бетона 25x25x254 мм

по ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 22685-89

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: Контрольный стержень 25x25x254 мм
2. Назначение: для измерения деформаций образцов бетона 25x25x254 мм
3. Тип: Призма, № б\н, год выпуска 2019
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 22685-89:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
7. Организация, выполнявшая аттестацию:
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 22685-89
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22685-89
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.

LAB-OBORUDOVANIE.RU