

Заключение № 11/18
выдано 28.04.2018 г.
Действительно до 28.04.2021 г.

АТТЕСТАТ № 3209

Дата выдачи: 23.05.2019г.

Удостоверяется, что набор приспособлений и пригрузов для крепления
форм ЛО-257, зав. № 5
принадлежащее _____
по результатам первичной аттестации, протокол № 550 от 23.05.2019г.
признано пригодным для использования при испытаниях _____
физико-механических свойств смесей, асфальтобетонов и укрепленных грунтов
_____ по ГОСТ 12801-98

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: набор приспособлений и пригрузов для
крепления форм ЛО-257
2. Назначение: для уплотнения смесей при испытаниях физико-механических
свойств смесей, асфальтобетонов и укрепленных грунтов
3. Тип: набор, № 5, год выпуска 2019
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 12801-98:
6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
6.2. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
7. Организация, выполнявшая аттестацию: _____
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 12801-98
9. Заключение:
Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 12801-98
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.

LAB-OBORUDOVANIE.RU