

Свидетельство № 13/15
выдано 27.04.2015 г.
Действительно до 27.04.2018 г.

АТТЕСТАТ № 2590

Дата выдачи: 26.02.2018г.

Удостоверяется, что пригруз для формы 2ФК – 100 (100x206x55)

зав. № 03

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 373 от 26.02.2018г.

признано пригодным для использования при испытаниях _____

бетона – изготовление контрольных образцов

0,004 МПа (40 гс/см²)

по ГОСТ 10180-2012

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: пригруз для формы 2ФК – 100 (100x206x55)
2. Назначение: обеспечение давления $4 \pm 0,5$ кПа (40 гс/см²) на бетонную смесь в
форме по ГОСТ 10180-90
3. Тип: пригруз для ФК , № 03 , год выпуска 2018
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
 - 6.3. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
7. Организация, выполнявшая аттестацию: _____
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 10180-90
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 10180-90
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.

LAB-OBORUDOVANIE.RU