

Заключение № 2/19
выдано 11.02.2019 г.
Действительно до 11.02.2022 г.

АТТЕСТАТ № 633

Дата выдачи: 27.01.2022г.

Удостоверяется, что Сборная форма с креплением для изготовления
образцов литых асфальтобетонных смесей, зав. № 09
принадлежащее _____
по результатам первичной аттестации, протокол № 98 от 27.01.2022г.
признано пригодным для использования при испытаниях _____
бетона – изготовление контрольных образцов
70,7x70,7x70,7 мм
по ГОСТ Р 54400-2020, ГОСТ 22685-89
Периодичность периодической аттестации 6 месяцев (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: Сборная форма с креплением для
изготовления образцов литых асфальтобетонных смесей
2. Назначение: изготовления образцов литых асфальтобетонных смесей 70,7x70,7x70,7 мм
3. Тип: ФК, № 09, дата выпуска январь 22
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ Р 54400-2020, ГОСТ 22685-89:
- 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Штангенглубиномер ШГ-400-0,05, зав. № 080508012
 - 6.3. Нутромер НИ 100-160-0,01, зав. № 7828102
 - 6.4. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
 - 6.5. Набор образцов шероховатости поверхности ОШС-ФЦП, зав. № 890475
 - 6.6. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
 - 6.7. Угольник слесарный поверочный УШ-100-1, зав. № 200801218
 - 6.8. Щупы набор № 2, класс 2, зав. № б/н
7. Организация, выполнявшая аттестацию: _____
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ Р 54400-2020, ГОСТ 22685-89
9. Заключение:
Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 54400-2020, ГОСТ 22685-89
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.
10. Место проведения аттестации : _____