

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
г. Ростов-на-Дону

**СЕРТИФИКАТ
О КАЛИБРОВКЕ**
№ за-9000031

Объект калибровки Пурка литровая с падающим грузом
наименование, тип

ПХ-1МЦ

Дата проведения калибровки 23.05.2018 г.

Заводской номер 146

Принадлежит _____
наименование юридического (физического) лица, ИНН

Место проведения ООО «ЮМЦ»

Результаты калибровки Погрешность измерений натуре зерна 1,3 г;
размах показаний при измерении натуре зерна 1,5 г

Условия проведения калибровки температура окружающего
воздуха 20,0 °С; относительная влажность 50,1 %; атмосферное
давление 100,1 кПа

Калибровочное клеймо:



Главный метролог
Должность руководителя
подразделения

Подпись

Г.С. Сетраков
Инициалы, фамилия

Инженер по метрологии
Должность лица, проводившего
калибровку

Подпись

М.Е. Пономарева
Инициалы, фамилия

Дата следующей калибровки 23.05.2019 г.