

ПАСПОРТ

LAB-OBORUDOVANIE.RU

Свидетельство о приемке

Весы лабораторные

ВК- 600.1

Заводской номер: 032881

Дата выпуска: 28.02.2018

Соответствуют ГОСТ Р 53228-2008 и признаны годными для эксплуатации.

Представитель ОТК

Заключение о поверке


Весы лабораторные

ВК- 600.1

Заводской номер: 032881

отъюстированы по широте: 60°

На основании первичной поверки признаны годными и допущены к применению

N	Код юстировки	Дата поверки	Подпись и клеймо поверителя
1	- 3 -	28.02.2018	

Поверку проводить по ГОСТ Р 53228-2008 (приложение Н «Методика поверки весов») и разделу «Поверка» руководства по эксплуатации весов.

Метрологические характеристики весов (класс точности, Max, Min, e, d), определяются согласно значениям, указанным на планке фирменной весов.

Средства поверки: эталонные гири 2-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2015.

Межповерочный интервал - 1 год.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ Р 53228-2008, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи изделия, но не более 2-х лет и 6 месяцев со дня изготовления.

Безвозмездный ремонт в течении гарантийного срока осуществляется в авторизованных сервисных центрах (см. «Центры технического обслуживания»).

Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание в случае:

- отсутствия гарантийного талона и (или) несоответствия номера изделия, номеру в паспорте;

- наличия следов нарушения условий эксплуатации, механических повреждений, последствий перегруза, постороннего вмешательства или выполнения ремонта не авторизованным сервисным центром;

- если неисправность вызвана причинами, независящими от изготовителя (стихийные бедствия, пожары, перепады напряжения и отсутствие заземления в электросети, воздействие грызунов, насекомых, химически активных жидкостей и т.п.).

Гарантия не распространяется:

- на сетевые адаптеры;
- на аккумуляторные батареи.

∅ Поверка в гарантийное обслуживание не входит.