

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

ФГУП ВНИИФТРИ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

6/630-965-18

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.311478

Срок действия- бессрочно

Действительно до
« 26 » августа 2019 г.

Средство измерений

анализатор жидкости кондуктометрический мод. НІ 98308
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений

(Рег. № 61341-15)

(если в состав СИ входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их
перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 18408

поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с документом МП-209-03-2015 «Анализаторы жидкости кондукто-
метрические модификаций НІ 98308, НІ 98301, НІ 98302, НІ 98303, НІ 98304, НІ 98311,
НІ 98312, НІ 9033, НІ 9034, НІ 8733, НІ 8734, НІ 99300, НІ 99301, НІ 9835, НІ 2300, НІ 2314,
НІ 2315, НІ 2316, НІ 8633, Методика поверки»

с применением эталонов: Измеритель комбинированный Seven, модель SevenMulti S47-K,
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер
зав. №1230235707, соответствующий требованиям к эталону 2-го разряда в соответствии


(при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
с Межгосударственным стандартом ГСИ. ГОСТ 8.457-2000. отн. ПГ ±0,13%

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 24 °С,
приводят перечень влияющих

относительная влажность 36 %, атмосферное давление 99,6 кПа, напряжение сети 237 В,
факторов, нормируемых в документе на методику поверки, с указанием их значений
частота 50 Гц

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и
пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений.

Знак поверки



Заместитель начальника НИО-6

подпись

С.А. Осипов
инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

И.В. Морозов
инициалы, фамилия

Дата поверки « 27 » августа 2018 г.

СП № 0426758