



ООО «ТестИнТех»

Аттестат аккредитации № RA.RU.312099 от 27.02.2017 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 343388

Действительно до
«14» мая 2020 г.

Средство измерений

**Рулетка измерительная металлическая
BMI BASIC 30m (по 2 классу точности),
Госреестр № 68600-17**

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **30B-0579**

в составе **-**

номер знака предыдущей поверки **-**

поверено **в полном объеме**

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с **МИ 1780-87**

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов **3.6.БПС.0013.2018 (Лента образцовая**

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

24 метра, №03, 2-й разряд), лупа измерительная ЛИ-3-10, №1.

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **Температура воздуха: 22°C**

перечень влияющих факторов,


Относительная влажность воздуха: 62%

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов **первичной (непериодической)** поверки признано

непужное зачеркнуть

пригодным к применению.



Знак поверки

Генеральный директор

Подпись

Грабовский Александр Юрьевич

Поверитель

Подпись

Умбрас Виталий Александрович

«15» мая 2019 г.