

АТТЕСТАТ № 0818

Дата выдачи « 22 » мая 2017 года

на средство испытаний: Чаша для затворений сферическая ЧЗ,
зав. (инв.)^{*} № .

назначение: для приготовления цементного теста

принадлежащее:

Условия аттестации: Температура воздуха 19 °С

Относительная влажность 48 %

Значения метрологических характеристик приведены на обороте.

На основании результатов первичной аттестации установлено, что указанное средство испытаний соответствует требованиям ГОСТ 310.3-76 и признано годным для приготовления цементного теста.

Рекомендуемая периодичность аттестации составляет один год.

Главный метролог

Представитель организации
(по принадлежности средства)

* номер средства должна вписать организация-пользователь

ЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ п/п	Технические и нормированные характеристики	Ед. изм.	Значения характеристик	
			Номинальные	Действительные
1	Диаметр чаши	мм	400±10	соответствует
2	Высота чаши	мм	100±5	соответствует

LAB-OBORUDOVANIE.RU