

Заключение № 2/19
выдано 11.02.2019 г.
Действительно до 11.02.2022 г.

АТТЕСТАТ № 18045

Дата выдачи: 02.10.2019 г.

Удостоверяется, что конус к прибору Вика – 2

зав. № Б/Ч

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 1800 от 02.10.2019 г.

признано пригодным для использования при испытаниях _____

в качестве средства контроля

по ГОСТ 30744-2001, ГОСТ Р 56588-2015

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: конус к прибору Вика – 2
2. Назначение: для определения нормальной густоты, сроков схватывания и ложного схватывания цементного теста
3. Тип: конус, № 0/4, год выпуска 2019
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 30744-2001, ГОСТ Р 56588-2015:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
 - 6.3. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
7. Организация, выполнявшая аттестацию: _____
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 30744-2001, ГОСТ Р 56588-2015
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 30744-2001, ГОСТ Р 56588-2015.
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства контроля.