

Свидетельство № 13/15
выдано 27.04.2015 г.
Действительно до 27.04.2018 г.

АТТЕСТАТ № 2153

Дата выдачи: 20.02.2017г.

Удостоверяется, что Эталонный стержень для молотка Кашкарова

зав. № б/н

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 295 от 20.02.2017г.

признано пригодным для использования _____

при определении прочности бетона

по ГОСТ 22690-88

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: Эталонный стержень для молотка Кашкарова
2. Назначение: для определения прочности бетона
3. Марка материала: сталь 3, № б/н, год выпуска 2017
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 22690-88:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05
7. Организация, выполнявшая аттестацию: _____
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 22690-88
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22690-88
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.

LAB-OBORUDOVANIE.RU