

ЛИСТОК ОТЗЫВА

Объемомер ПП № _____

Дата выпуска _____

С какого числа и месяца работает _____

Какие недостатки и когда Вы заметили во время работы с прибором _____

Ваши замечания по точности, надежности и внешней отделке прибора _____

Ваш адрес, название предприятия _____

Ф.И.О., должность составителя листка отзыва _____

Ваш отзыв поможет нам улучшить качество продукции.

Объемомер ПП

ПАСПОРТ

г. Челябинск
2017 г.

1. Назначение.

Объемомер ПП предназначен для определения объема вовлеченного воздуха в бетонную смесь по ГОСТ 10181.3-81.

2. Комплектность

| | |
|--|----------|
| Цилиндрический сосуд (5 или 10 л) | - 1 шт. |
| Пуансон пригружающий с петлей и сеткой (ячейка 1,2 мм) | - 1 шт. |
| Пластина с ограничителями и стрелкой | - 1 шт. |
| Паспорт. | - 1 экз. |

3. Правила хранения и эксплуатации.

Объемомер ПП должен храниться в сухом помещении при комнатной температуре. После каждого испытания объемомер ПП необходимо очистить от остатков бетонной смеси. Эксплуатация объемомера предусмотрена только в лабораторных условиях.

4. Свидетельство о приемке, поверке.

Объемомер ПП, зав № 62 в количестве 1 шт. соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 27.02.2018

Подпись лиц ответственных за приемку _____

Дата продажи 05.03.2018

Штамп предприятия-продавца _____

Подпись продавца _____

5. Гарантии.

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи.