

Ванна ВГЗ № _____
Дата выпуска _____
С какого числа и месяца работает _____
Какие недостатки и когда Вы заметили во время работы с прибором _____


Ваши замечания по точности, надежности и внешней отделке прибора _____

Ваш адрес, название предприятия _____

Ф.И.О., должность составителя листка отзыва _____

Ваш отзыв поможет нам улучшить качество продукции.

Ванна с гидрозатвором ВГЗ
ПАСПОРТ



г. Челябинск
2018 г..

1. Назначение.


Ванна с гидрозатвором ВГЗ предназначена для хранения цементных образцов во влажных условиях в соответствии с ГОСТ 310.3-76.

2. Комплектность.

- 2.1. Ванна - 1 шт.
- 2.2. Решетка - 1 шт.
- 2.3. Крышка - 1 шт.
- 2.4. Паспорт. - 1 шт.

3. Техническая характеристика и порядок эксплуатации.

- 3.1. Габариты, мм _____ 120× 380× 460
- 3.2. Масса, кг, не более _____ 3,0



В ванну устанавливают сетчатую решетку и заливают водой до уровня ниже решетки. Приготовленные по ГОСТ 310.3 лепешки укладывают на решетку, установленную на основание ванны с гидравлическим затвором и закрывают крышкой. Лепешки хранят в течение (24 ± 2) ч с момента изготовления в ванне, а затем подвергают испытанию кипячением в бачке.

4. Свидетельство о приемке.

Ванна ВГЗ зав № 140 в количестве 1 шт. изготовлена в соответствии с технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: 29.06.2018

Подпись лиц ответственных за приемку _____

Дата продажи 09.07.2018

Штамп предприятия-продавца _____

Подпись продавца _____

5. Гарантии.

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи.

ЛИСТОК ОТЗЫВА