

Свидетельство № 13/15
выдано 27.04.2015 г.
Действительно до 27.04.2018 г.

АТТЕСТАТ № 17905

Дата выдачи: 27.11.2017г.

Удостоверяется, что прибор стандартного уплотнения «ПСУ»

зав. № 004

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 2381 от 27.11.2017г.

признано пригодным для определения реологических показателей строительных
материалов

по ГОСТ 22733-2002

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: прибор стандартного уплотнения «ПСУ»
2. Назначение: определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта
3. Тип: ПСУ, № 004, год выпуска 2017
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации:
 - 6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05, зав. № 060927019
 - 6.2. Линейка измерительная металлическая до 500 мм, зав. № 5001
 - 6.3. Весы Ладога 60 Д5, зав. № 2948
7. Организация, выполнявшая аттестацию: _____
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 22733-2002
9. Заключение:

Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22733-2002
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.

LAB-OBORUDOVANIE.RU