


Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9



LAB-OBORUDOVANIE

Паспорт

Санкт-Петербург

2012

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1	Объем грунтоотборной гильзы	- 50,0 ± 0,3 см ³
1.2	Напряжение питания сушильного шкафа	- 220 В, 50 Гц
1.3	Масса комплекта	- не более 22 кг.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1	Прибор для компрессионных испытаний	-1
2.2	Приспособление для определения молекулярной влагоемкости	-1
2.3	Прибор для определения угла естественного откоса песков	-1
2.4	Подвес	-1
2.5	Противовес	-1
2.6	Коробка с банками компрессионными	-1
2.7	Бюксы лабораторные	-30
2.8	Нож	-1
2.9	Конус для определения пластичности	-1
2.10	Рычаг	-1
2.11	Воронка	-1
2.12	Набор сит	-1
2.13	Струбцина	-1
2.14	Крышка d 43	-1
2.15	Крышка d 60	-1
2.16	Гильза	-4
2.17	Груз 500г.	-9
2.18	Груз 200г.	-5
2.19	Груз 100г.	-5
2.20	Весы электронные карманные	-1
2.21	Индикатор ИЧ-10	-1
2.22	Термометр электронный от -50 до 300°C	-1
2.23	Зажим	-2
2.24	Пласталин	-1
2.25	Сушильный шкаф в сборе	-1

2.26	Щипцы тигельные	-1
2.27	Паспорт	-1
2.28	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	-1
2.29	Футляр	-1
2.30	Набор сит (ячейки 0,1-0,25-0,5-1,0-2,0 мм.)	-1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие лаборатории полевой ПЛЛ-9 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лаборатория полевая ПЛЛ-9, заводской № 92 соответствует техническим условиям ТУ25-06.1678-79 и признана годной для эксплуатации.

МП.

Дата выпуска 18 » 07 2018 г.

ОТК

(подпись)

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Лаборатория полевая заводской № 92 упакована согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки « 18 » 07 2018 г.

Упаковку произвел

(подпись)