

ФГУП «ВНИИМС»

наименование исполнительного органа РСК

наименование юридического лица

454000, Челябинск, ул. Ак. Королева, д. 40, офис 3

юридический адрес

Свидетельство №001380 действительно до 6 августа 2019 г.

номер и срок действия Свидетельства о регистрации в РСК




СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ №1738

- I. Наименование, тип, заводской номер СИ Балансировочный конус Васильева, зав. №693
- II. Дата поступления на калибровку 31.01.2018
- III. Наименование и адрес заказчика _____
- IV. Место проведения калибровки Челябинск, ул. Ак. Королева, д. 40, оф. 3
- V. Дата проведения калибровки 31.01.2018
- VI. Методика калибровки (наименование, номер, кем утверждена) МС 300.07-96. ГП «ВНИИФТРИ». Аппаратура с нормируемыми параметрами геометрии и массы для определения реологических показателей строительных материалов.
- VII. Условия проведения калибровки: Температура 21°C, влажность 53%, освещенность 400 лк.
- VIII. Доказательства прослеживаемости измерений (сведения об используемых при калибровке эталонах, №№ и даты св-в о поверке: Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 (пов. клеймо 24.07.17г.), Плита поверочная 400x400 мм (пов. клеймо 4 кв. 17г.), Весы лабораторные на 150 г (№А1488 от 15.05.2017г.)

На основании результатов первичной калибровки, протокол №1156 от 31.01.2018, установлено, что указанное средство измерений соответствует требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ 5180) и допускается к применению.

Калибровку выполнил

/Костян М.И./



Рекомендуемая дата следующей калибровки 31.01.2019

IX. Результаты калибровки (основные параметры)

№	Параметр	Едини- ца изме- рения	Номи- нальный размер	Допуск	Фактический размер
1	Угол при вершине конуса	°	30,00	±0,50	Соответствует
2	Расстояние до риски	мм	10,00	±0,10	Соответствует
3	Масса конуса	г	76,00	±0,20	Соответствует

LAB-OBORUDOVANIE.RU