

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие ареометров требованиям ГОСТ 18481-81 при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации:
АЭГ - 12 месяцев со дня получения потребителем.

Гарантийный срок распространяется на ареометры при условии, что они не получили повреждений в процессе эксплуатации.

АРЕОМЕТР-ГИДРОМЕТР

АЭГ

ГОСТ 18481-81
ПАСПОРТ

АКГ.2.843.031 ПС



1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ареометр-гидрометр предназначен для измерения концентрации этиленгликоля.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Обозна- чение типа	Диапазон измерений объемная доля, %	Диапазон показаний объемная доля, %	Цена шкалы	Предел деления	Диапазон допустимой погрешности термо- ареом., объемная доля, %	Цена шкалы	Предел допускаемой погрешности терм., °C
АЭГ	20-100	80	2,0	1,0	-20+40	2,0	1,0

Отсчет показаний ареометра выполняют по нижнему краю мениска.

Ареометр АЭГ, должен храниться и транспортироваться в вертикальном или наклонном положении баластом вниз.

Ареометр не должен подвергаться ударам, тряске и другим механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или разрыву столбика жидкости в капилляре термометра.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Ареометр - 1 шт
- 3.2 Футляр - 1 шт
- 3.3 Паспорт - 1 экз.

Проверено ОТК



Дата изготовления

-- 07.2017

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ареометр № 94935 соответствует требованиям ГОСТ 18481-81 и признан годным к эксплуатации.

Проверка проведена представителем



Клеймо поверки

В эксплуатации ареометры стеклянные подлежат поверке или калибровке в зависимости от сферы применения. Межповерочный интервал - не более 4 лет, рекомендованный интервал между калибровкой - 4 лет.