

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества пирометра требованиям ТУ 4211-001-40240197-2013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
- из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции;
- в случае разборки неуполномоченными лицами.
- при наличии механических повреждений;
- из-за отказов элементов питания.

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС»



ИНФРАКРАСНЫЙ ПИРОМЕТР «КЕЛЬВИН»

ПАСПОРТ



LAB-OBORUDOVANIE.RU

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС», 129110, Москва, Слесарный
пер., д.3 , www.zaouromix.ru

E-mail: info@zaouromix.ru

т/ф (495) 796-9542, 510-6233

Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измеряемых температур, °C	-50...+350
Предел допускаемой абсолютной основной погрешности, (при $T \leq 100^{\circ}\text{C}$) относительной погрешности, (при $T \geq 100^{\circ}\text{C}$), где T – измеряемая температура	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ $\pm 1\%$
Разрешение по температуре, °C	0,1
Диапазон температур эксплуатации, °C	-20...+50
Коэффициент излучательной способности	0,95
Время измерения, сек	0,2
Показатель визирования	1:5
Питание	встроенный Li-Ion аккумулятор
Потребляемая мощность, не более	0,2 Вт
Время непрерывной работы от элементов питания, не менее	15 часов
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	125×52×24
Масса прибора, кг	0,150
Корпус	IP54

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пирометр

Кельвин 911 П 5

Заводской номер

1505651

Дата выпуска

06.07.2017 г.

соответствует ТУ 4211-001-40240197-2013 и признан годным к эксплуатации.



LAB-OBORUDOVANIE.RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пирометр «Кельвин»	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ПАСПОРТ на пирометр «КЕЛЬВИН»™