

Федеральное бюджетное учреждение



«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Московской области»
(ФБУ «ЦСМ Московской области»)

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № АА 6357649

Действительно до
29 августа 2019 г.

Средство измерений Анализатор воды HI 98112, ФИФ №62105-15
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) Н0026832

поверено в соответствии с методикой поверки
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с ГОСТ Р 8.857-2013
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Буферные растворы- рабочие эталоны рН 2
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер при наличии)
разряда Бр-рН рег. № 45143-10, Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72,
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
Термостат водяной УН-8 зав.№824, Термометр ртутный ТЛ-4 №142

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего
воздуха 23 °С; относительная влажность окружающего воздуха 52 %;
приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
атмосферное давление 99,33 кПа

и на основании результатов первичной **(периодической)** **поверки**
признано соответствующим установленным в описании типа
метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Начальник отдела

должность руководителя
подразделения

Поверитель

Дата поверки

30 августа 2018 г.

Т.П. Чумерина

инициалы, фамилия

Л.Б. Садыков

инициалы, фамилия

№ АА 6357649