

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮЖНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/5
тел./факс: 8 (863) 200-54-25, 200-74-45, 220-95-02, 220-95-03, 310-00-10
www.umcrosstov.ru, e-mail: umc@umcrosstov.ru

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ
№ Э-9000093

Объект калибровки Прибор Журавлева ПЖ-1М
наименование, тип

Дата проведения калибровки 06.11.2020

Заводской номер 53

Принадлежит _____
наименование юридического (физического) лица, ИНН

Место проведения ООО «ЮМЦ»

Результаты калибровки приведены на оборотной стороне

Условия проведения калибровки температура окружающего
воздуха 20,1 °С; относительная влажность 47,4 %; атмосферное
давление 101,3 кПа

Калибровочное клеймо



Главный метролог
Должность руководителя
подразделения _____
Подпись

Страков Г.С.
Фамилия, инициалы

Инженер по метрологии
Должность лица, проводившего
калибровку _____
Подпись

Власова М.Е.
Фамилия, инициалы

Дата следующей калибровки 06.11.2021



э-9000093

Калибровка проведена в соответствии с:

МП 6-231-99 «ГСИ. Дозатор-пробник Журавлева. Методика поверки».

Перечень применяемых эталонов:

1. Штангенциркуль ШЦЦ модификация ШЦЦ-1-150-0,01, зав. № 12127357, ПГ $\pm 0,03$ мм, рег. № 52058-12;
2. Термогигрометр ИВА-6 модификация ИВА-6Н-Д, зав. № 4Е47, ПГ $\pm 0,3$ °С, ПГ ± 2 %, ПГ $\pm 2,5$ гПа, рег. № 46434-11.

Результаты калибровки:

| Измеряемый параметр | Действительное значение по результатам трех измерений |
|--|---|
| Внутренний диаметр калибровочного цилиндра, мм | 29,98 |
| Длина отрезного стакана, мм | 37,48 |
| Объем выемки (мякиша), см ³ | 26,44 |

Главный метролог

Должность руководителя подразделения

Инженер по метрологии

Должность лица, проводившего калибровку

Подпись

Подпись

Сетраков Г.С.

Фамилия, инициалы

Власова М.Е.

Фамилия, инициалы

0005350