



ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ
ТС-7-М1 исп.4
ТУ 25-2022.0002-87



ПАСПОРТ
АКГ.2.822.050-03 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.4 предназначен для измерения температуры в промышленных технических установках при переработке мясомолочной продукции.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

- 2.1. Диапазон измерения температуры от 0 до +100°C.
- 2.2. Цена деления шкалы 1°C.
- 2.3. Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать - $\pm 1^\circ\text{C}$.
- 2.4. Термометрическая жидкость - метилкарбитол.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Термометр - 1 шт.
- 3.2. Паспорт - 1 экз.
- 3.3. Футляр - 1 шт.


Проверено ОТК _____



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термометр № 26200 соответствует ТУ 25-2022.0002-87
и признан годным к эксплуатации.

Поверка проведена представителем
ГП "Полтавастандартметрология"



Клеймо поверки

Термометры стеклянные ТС-7-М1 исп.4 подлежат
поверке во время выпуска с производства, в
эксплуатации термометры подлежат поверке или
калибровке в зависимости от области применения.

Межповерочный интервал не более 3-х лет.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества
термометра требованиям технических условий
ТУ 25-2022.0002-87 при соблюдении потребителем
условий транспортирования, хранения и эксплуата-
ции.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации термометра -
12 месяцев со дня получения потребителем.

